



## Klinika za psihijatriju Vrapče

Klinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Temeljem upita gospodarskog subjekta, Naručitelj daje objašnjenje:

**PITANJE:** stavka troškovnika 1-CPAP Adapter - na što se konkretno misli pod CPAP adapter i za koji CPAP uređaj.

### ODGOVOR:

Cpap adapter je nastavak koji se stavlja između maske i crijeva i u tom trenutku "mijenja" nosnu kanilu i registriramo signal disanja, koristimo kod poligrafija i/ili polisomnografija uz CPAP. To je univerzalan adapter i može se staviti na bilo koji CPAP aparat.

**PITANJE:** stavka troškovnika 3-Maska za disanje - nosna, za aparat CPAP - koja se točno veličina maske traži.

### ODGOVOR:

Maske koje koristimo su S,M i L veličine.

Naručitelj će izmjeniti stavku 3, Troškovnika te izmjenu objaviti na web stranici Klinike za psihijatriju Vrapče.

**PITANJE:** stavka troškovnika 7-Filter za CPAP aparat - za koji CPAP aparat, jer se filteri razlikuju po aparatima.

### ODGOVOR:

Naručitelj ima različitih CPAP uređaja. Prema potrebama naručujemo filtere ovisno o uređaju o kojem se radi.

#### Popis CPAP uređaja:

1. Lowenstein Prizma
2. BMC
3. Resmed
4. Sefam
5. Hypnus
6. Heyer
7. Dreamstation Respirationics



Bolnička cesta 32, HR-10090 Zagreb, Tel:+385 1 3780 777  
Web: [www.bolnica-vrapce.hr](http://www.bolnica-vrapce.hr), Mail: [bolnica@bolnica-vrapce.hr](mailto:bolnica@bolnica-vrapce.hr)  
OIB: 86937855002, IBAN: HR6523600001101350295

